

باسمه تعالی

شاخصهای مورد توجه دفتر تجهیزات پزشکی در بازدیدها از مراکز

| ردیف | شاخص | حداکثر نمره | نمره اکتسابی |
|------|--|-------------|--------------|
| 1 | دارا بودن شناسنامه تجهیزات | 5 | |
| 2 | میزان توانمندی اپراتور تجهیزات | 2 | |
| 3 | وضعیت فضای فیزیکی و تجهیزات پزشکی نیمه سرمایه ای (نگهداشت دستگاه) | 5 | |
| 4 | سازوکار تامین تجهیزات (تحويل از انبار، خرید، جابجایی و...) | 5 | |
| 5 | استفاده از فلوجارت ابلاغی اداره تجهیزات پزشکی برای تهیه تجهیزات پزشکی | 5 | |
| 6 | فعال بودن کمیته تجهیزات پزشکی | 5 | |
| 7 | موجود بودن لیست اولویت خرید تجهیزات پزشکی | 5 | |
| 8 | کالیبراسیون به موقع تجهیزات | 3 | |
| 9 | مشخص بودن وضعیت تجهیزات از لحاظ فعال بودن یا غیرفعال بودن و یا اسقاطی بودن | 5 | |
| 10 | مطلع بودن مسئول تجهیزات از وضعیت تجهیزات (مثلا اسقاطی بودن) و داشتن برنامه برای استفاده بهینه از این تجهیزات | 10 | |
| 11 | داشتن دستگاههای پشتیبان که در موارد اورژانسی استفاده می شوند | 5 | |
| 12 | وضعیت نیروی انسانی در بیمارستانها (داشتن مهندس پزشک یا مسئول تجهیزات) | 2 | |
| 13 | میزان فعال بودن مسئول تجهیزات پزشکی (میزان ارتباطی که با اداره تجهیزات دارند) | 3 | |
| 14 | پیگیری انجام مناسب تعمیرات با در نظر گرفتن اولویت بخشهای مهم دستگاههای حساس | 5 | |

| | | | |
|--|----|---|----|
| | 10 | امکانات فیزیکی واحد مهندسی پزشکی در مراکز (دفتر، کارگاه، اتصال به اینترنت و...) | 15 |
| | 5 | وجود تجهیزات مورد نیاز با توجه به ظرفیت های مراکز | 16 |
| | 5 | میزان رعایت استانداردهای خرید تجهیزات پزشکی (رعایت نمودن قانون خرید تجهیزات تاسقف اعتبار) | 17 |
| | 10 | ثبت اطلاعات مربوط به تعمیرات تجهیزات پزشکی | 18 |
| | 5 | برنامه نگهداری برخی از تجهیزات مانند ونتیلاتور و ماشین دیالیز را که براساس تعداد ساعات کارکرد دستگاه ها تعریف میشود | 19 |